

Поверка

осуществляется по документу МИ 524-2010 «Штангензубомеры с нониусами ШЗН-18, ШЗН-40. Методика поверки».